



PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Organismo Contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 123/2022

Clase: Sin Clase

Modalidad: Sin Modalidad

Motivo contratación directa: Por monto

Expediente: EXP : EX-2022-00334957- -UNC-ME#LH/2022

Objeto de la contratación: CONTRATAR LA PROVISIÓN DE UNA BÁSCULA DE PISO CON RAMPA PARA EL AREA DE PRODUCCIÓN DEL LABORATORIO DE HEMODERIVADOS UNC.

Rubro: Equipos

Lugar de entrega único: LABORATORIO DE HEMODERIVADOS (AV. VALPARAISO S/N - CIUDAD UNIVERSITARIA (5000) CORDOBA, Córdoba)

Retiro del pliego		Consulta del pliego	
Dirección:	Diaguita Portal de Compras Publicas o correo electronico: carolina.armesto@unc.edu.ar o grisel.gomez@unc.edu.ar, (5000), CORDOBA, Córdoba	Dirección:	Por Correo electronico: carolina.armesto@unc.edu.ar o grisel.gomez@unc.edu.ar, (5000), CORDOBA, Córdoba
Plazo y horario:	desde el 17 de mayo de 2022 hasta el 30 de mayo de 2022	Plazo y horario:	desde el 17 de mayo de 2022 hasta el 31 de mayo de 2022
Costo del pliego: \$ 0,00			
Presentación de ofertas		Acto de apertura	
Dirección:	Por correo electronico: hemoderivados@compras.unc.edu.ar, (5000), CORDOBA, Córdoba	Lugar/Dirección:	UNC Laboratorio de Hemoderivados - Departamento Contrataciones, (5000), CORDOBA, Córdoba
Fecha de inicio:	17/05/2022	Día y hora:	03/06/2022 a las 11:00 hs.
Fecha de finalización:	03/06/2022 a las 10:00 hs.		





RENGLONES

Renglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
1	PROVISIÓN, NIVELACIÓN, PUESTA EN MARCHA, CALIBRACIÓN Y CAPACITACIÓN DE UNA BÁSCULA DE PISO CON RAMPA DE ACERO INOXIDABLE 304, CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 1500 KG Y UNA PRECISIÓN DE AL MENOS 100 g.	UNIDAD	1,00

OBSERVACIONES GENERALES

Se adjuntan pliego de condiciones particulares, requisitos de higiene y seguridad para contratistas y especificaciones técnicas RT 012/22 versión 03.-

