



# ANEXO CONVOCATORIA

## 181/2022

### RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	1 (un) Espectrómetro de Resonancia Magnética de 1.9 Tesla con detección multinuclear ( $^1\text{H}$ , $^{13}\text{C}$ , $^{31}\text{P}$ , $^7\text{Li}$ , $^{23}\text{Na}$ ). Resolución espectral mínima a 50 % de 0.25 Hz ; a 0.55 % de 10 Hz y a 0.11 % de 20 Hz 1 (un) Intercambiador automático de al menos 20 muestras 1 (un) Sistema de gradientes para medición de difusión con gradiente máximo de 0.5 T/m 1 (un) Personalización para gradientes 3D 1 (un) Kit de monitoreo de reacciones químicas 1 (un) Sistema de cómputo para control del equipamiento y central de procesamiento de datos 1 (un) Licencia de software de control, análisis de datos y soporte técnico	

