



ANEXO CONVOCATORIA

61/2025

RENGLONES

| Renglón | Especificación Técnica | Imagen |
|---------|---|--------|
| 1 | <p>El costo deberá incluir: entrega de los insumos y consumibles necesarios para los dos equipos, para la realización de un total de 800 y 1.800 determinaciones MENSUALES, respectivamente.</p> <p>Comodato de dos Equipos de Gases en Sangre, para los Dptos Guardia y Nefrología y Medio Interno.</p> <p>ambos equipos se deberá proveer la conexión al Sistema de Gestión del Laboratorio.</p> <p>Se detallan a continuación las características requeridas y número de determinaciones mensuales:</p> <p>Equipo Laboratorio Nefrología y Medio Interno:</p> <ul style="list-style-type: none">. Medición de Gases Arteriales y Venosos con parámetros de pH, pCO 2 y pO 2 por electrodo.. Determinación de Bicarbonato; Exceso de Base y Saturación de | |





| Renglón | Especificación Técnica | Imagen |
|---------|--|--------|
| 1 | <p>Oxígeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Medida de Hematocrito y Hemoglobina con sus variantes en sangre (FO 2 Hb, FHbF, FCOHb, FMetHb, etc.) . Cálculo, Medición y/ó estimación según corresponda de los parámetros Oximétricos: P 50, PAFI, Vol O2 y demás. . Medición de los valores corregidos por la Temperatura real del Paciente (permisividad de ingreso de los valores de ésta) e ingreso de parámetros como FIO 2 , PEEP y otras asistencias respiratorias. . Medición por Potenciometría Directa de Sodio, Potasio y Cloro. . Medición de Calcio Iónico con corrección de pH. . Estimación de GAP en sangre y Cálculo de la Osmolaridad. . Medición de Glucosa y Ácido Láctico. . Medición de pH, PCO 2 y estimación de Bicarbonato en orina en rangos de 4.0 a 8.0 (con inclusión de medición de Electrolitos y Glucosa). . Medición de pH. pCO 2 , Glucosa y Electrolitos en Líquidos Biológicos como: PLEURAL, ASCÍTICO, LCR, | |





| Renglón | Especificación Técnica | Imagen |
|---------|--|--------|
| 1 | <p>DRENAJE INTESTINAL.</p> <ul style="list-style-type: none">· Ingreso de Muestras Capilares para Niños y Neonatos.· 3 Niveles de Control de Calidad (alto- normal y bajo) para las mediciones solicitadas-· Que el modelo a disponer incluya el último sistema informático que permita realizar back up tanto del registro de pacientes como de los protocolos de trabajo individuales (por USB u otro canal de acceso) y copia de los mismos en un formato estándar y compatible con WINDOWS.· DISPONIBILIDAD DE SERVICIO TÉCNICO LOCAL en el día en caso de inconvenientes técnico/operativos y emergencias. Número de prestaciones: 800 / mes. <p>Equipo Dpto Guardia:</p> <ul style="list-style-type: none">· Con sensor cassette para dosar Sodio, Potasio, Cloro, Calcio iónico, ácido láctico, glucosa, pH, PO 2 ,PCO 2 . Número de prestaciones: 1.800 / mes. | |

