

Requisito de Compra: ID 23093 tarjeta Vitek 2 GN

LÍNEA: REACTIVOS Y ESTÁNDARES DE CONTROL

¿REQUIERE SOLICITUD DE ANÁLISIS?: NO

¿ES INSUMO CRÍTICO?: SI

CARACTERÍSTICAS DEL ARTÍCULO (PARA SU PROTECCIÓN, MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO)

Higroscópico:	
Fotosensible:	
Termolábil:	
Otro:	2-8°C
Ninguno:	

REQUISITO

PRESENTACIÓN:	Caja de cartón con 20 tarjetas en su interior 
NIVEL DE CALIDAD	NA
REQUISITOS ANALITICOS DE CALIDAD:	NA
REQUISITO DE EMBALAJE:	refrigerada
ROTULADO DEL EMBALAJE	NA
REQUISITO DOCUMENTAL:	Certificado de calidad
VENCIMIENTO MINIMO:	Mínimo: 1 año desde su compra
REQUISITO DE ENVASE:	Caja de cartón.

MARCA REQUERIDA (OBLIGATORIO) Tarjeta Vitek GN Test Kit VTK2 20cards: Biomerieux (REF del fabricante: 21341)

Copia de distribución no controlada: ESTA COPIA IMPRESA SÓLO ES VÁLIDA EL DÍA DE IMPRESIÓN. SUPERADA ESA FECHA DEBE SER DESTRUIDA". FECHA DE IMPRESIÓN: 19/01/2026

Elabora: Ana Lía Reale	Revisa: Jefe de Dto. de Documentación, Dirección de Control de Calidad	Aprueba: Dirección Técnica General
------------------------	--	------------------------------------