


| | | |
|---|--|--|
|  | Requisito de Compra | RC-20093 N° Versión: 001 Fecha de Vigencia: 04/12/19 Página 1 de 1 |
| | ARTÍCULO: AMPOLLA 5 ML AMBAR SIN PIROGRABAR | |

LÍNEA: **¿REQUIERE SOLICITUD DE ANÁLISIS?**

¿ES INSUMO CRÍTICO?

PARA EL CASO DE PROVEEDOR NO CALIFICADO Y/O NUEVO FABRICANTE, EL LAB. DE HEMODERIVADOS REQUERIRA MUESTRAS PARA EVALUACION PRELIMINAR DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.

CARACTERÍSTICAS DE LA DROGA (PARA SU PROTECCIÓN, MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO):

| | | | | | | | |
|----------------------|-----------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------|-----------|
| Higroscópico: | NO | Fotosensible: | NO | Termolábil: | NO | Otro: | NO |
|----------------------|-----------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------|-----------|

| REQUISITO | |
|--|---|
| PRESENTACIÓN: | OBLIGATORIA: • Ampolla unitaria de vidrio, de 5 ml |
| REQUISITOS ANALITICOS DE CALIDAD: | <ul style="list-style-type: none"> • Vidrio tipo I • Color ámbar • ESP-Ins-001. |
| REQUISITO DE EMBALAJE: | <ul style="list-style-type: none"> • Lote único por pallet. • Altura maxima: 1,20 metros. |
| ROTULADO DEL EMBALAJE | • Cada envase debe estar identificado con nombre, número de lote y cantidad de ampollas, como información mínima. |
| REQUISITO DOCUMENTAL: | • Certificado de análisis del fabricante (COA). |
| VENCIMIENTO MINIMO: | No aplica |
| ESTADO | Sólido |
| REQUISITO DE ENVASE: | <ul style="list-style-type: none"> • Bandeja con terminación termoformada. • Recipiente (termo) cerrado, de medidas: 28 cm x 28,5 cm, conteniendo 396 unidades por recipiente. • Uno de los recipientes debe corresponder a la muestra representativa del lote requerida por al Lab. de Hemoderivados. |

| | | |
|---|-------------------|----------------------|
| Elabora: A. P. Vilches; N. Carabajal; C. Badaró | Revisa: C. Trecco | Aprueba: R. Kedikian |
|---|-------------------|----------------------|