

	Requisito de Compra	<b>RC-20094</b> Nº Versión: 001 Fecha de Vigencia: 04/12/19 Página 1 de 1
	<b>ARTÍCULO:</b> <b>AMPOLLA 2 ML INCOLORA SIN PIROGRABAR</b>	

LÍNEA:  ¿REQUIERE SOLICITUD DE ANÁLISIS?

¿ES INSUMO CRÍTICO?

**PARA EL CASO DE PROVEEDOR NO CALIFICADO Y/O NUEVO FABRICANTE, EL LAB. DE HEMODERIVADOS REQUERIRA MUESTRAS PARA EVALUACION PRELIMINAR DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.**

**CARACTERÍSTICAS DE LA DROGA (PARA SU PROTECCIÓN, MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO):**

<i>Higroscópico:</i>	<b>NO</b>	<i>Fotosensible:</i>	<b>NO</b>	<i>Termolábil:</i>	<b>NO</b>	<i>Otro:</i>	<b>NO</b>
----------------------	-----------	----------------------	-----------	--------------------	-----------	--------------	-----------

REQUISITO	
<b>PRESENTACIÓN:</b>	OBLIGATORIA: • Ampolla unitaria de vidrio, de 2 ml
<b>REQUISITOS ANALITICOS DE CALIDAD:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidrio tipo I, incoloro</li> <li>• ESP-Ins-001.</li> </ul>
<b>REQUISITO DE EMBALAJE:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lote único por pallet.</li> <li>• Altura maxima: 1,20 metros.</li> </ul>
<b>ROTULADO DEL EMBALAJE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cada envase debe estar identificado con nombre, número de lote y cantidad de ampollas, como información mínima.</li> </ul>
<b>REQUISITO DOCUMENTAL:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificado de análisis del fabricante (COA).</li> </ul>
<b>VENCIMIENTO MINIMO:</b>	No aplica
<b>ESTADO</b>	Sólido
<b>REQUISITO DE ENVASE:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bandeja con terminación termoformada.</li> <li>• Recipiente (termo) cerrado, de medidas: 28 cm x 28,5 cm, conteniendo 750 unidades por recipiente.</li> <li>• Uno de los recipientes debe corresponder a la muestra representativa del lote requerida por al Lab. de Hemoderivados.</li> </ul>

Elabora: A. P. Vilches; N. Carabajal; C. Badaró	Revisa: C. Trecco	Aprueba: R. Kedikian
---	-------------------	----------------------