

HEMODERIVADOS  LABORATORIO FARMACÉUTICO	Registro	LH-DP-IP-G-001-R2 Nº Versión: 001 Fecha de vigencia: 03/01/19
	REQUERIMIENTO TÉCNICO	LH-DP-RT-075/2024 Página 1 de 5
Repuesto Grifolds Bomba Vacío		

REQUERIMIENTO TÉCNICO

Repuesto adicional de Grifolds

Laboratorio de Hemoderivados - Ciudad de Córdoba

RT 075/2024

Versión 01



Preparado por:

HEMODERIVADOS 
LABORATORIO FARMACÉUTICO

IF-2025-00325887-UNC-DIP#LH

HEMODERIVADOS LABORATORIO FARMACÉUTICO 	Registro	LH-DP-IP-G-001-R2 Nº Versión: 001 Fecha de vigencia: 03/01/19
	REQUERIMIENTO TÉCNICO	LH-DP-RT-075/2024 Página 2 de 5
Repuesto Grifolds Bomba Vacío		

AUTORIZACIONES				
----------------	--	--	--	--

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Autor:	Gonzalo retamal	Dirección de Ingeniería de planta		7/5/25
Revisado por	Octavio Collino	Producción	ESP. Bioq. Farm. Ricardo Amaranto Director Área Producción Laboratorio de Hemoderivados - UNC	07/05/25
Revisado por	Ricardo Amaranto	Director de Producción	ESP. Bioq. Farm. Ricardo Amaranto Director Área Producción Laboratorio de Hemoderivados - UNC	07/05/25
Revisado por:	Jesica Royón	Directora de Planta.		7/5/25

Autor:	Gonzalo Retamal	Dirección de Ingeniería de planta		
Revisado por	Octavio Collino	Producción		
Revisado por	Ricardo Amaranto	Director de Producción		
Revisado por:	Jesica Royón	Directora de Planta.		

HEMODERIVADOS LABORATORIO FARMACÉUTICO 	Registro	LH-DP-IP-G-001-R2 Nº Versión: 001 Fecha de vigencia: 03/01/19
	REQUERIMIENTO TÉCNICO	LH-DP-RT-075/2024 Página 4 de 5
Repuesto Grifolds Bomba Vacio		

1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1 Lugar de Entrega

Laboratorio de Hemoderivados UNC, Avda. Valparaíso S/N, Córdoba (Arg.)

1.2 Contacto Técnico

Ante cualquier duda técnica comunicarse vía e-mail con gonzalo.retamal@unc.edu.ar, o Octavio.collino@unc.edu.ar con copia a carolina.armesto@unc.edu.ar y grisel.gomez@unc.edu.ar.

1.3 Normas y Reglamentos

NORMAS OFICIALES

Todo el servicio deberá estar estrictamente de acuerdo con los requisitos impuestos por todos los códigos, ordenanzas, leyes y reglamentos vigentes municipales, provinciales y nacionales.

NORMAS TÉCNICAS

Los insumos utilizados en las tareas de mantenimiento preventivo y los componentes de los equipos que deban reemplazarse deberán cumplir, según corresponda, con las normas: (AISI); (IRAM); (D.I.N.); (A.S.T.M.) y (G.M.P.), cumpliendo con las regulaciones de ANMAT para industrias farmacéuticas.

2. OBJETIVO Y ALCANCE

2.1 Objetivo

El objetivo del presente documento objetivo la adquisición de repuestos para los equipos Dosificadora Y Cerradora de Viales GE213001 DE Hemoderivados- UNC.

2.2 Alcance

- El alcance del suministro incluye la provisión completa del material solicitado en el listado y entrega de documentación

3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA

3.1 Bomba Vacio Thomas (RIETSCHLE) V-VTE 6

HEMODERIVADOS LABORATORIO FARMACÉUTICO 	Registro	LH-DP-IP-G-001-R2 Nº Versión: 001 Fecha de vigencia: 03/01/19
	REQUERIMIENTO TÉCNICO	LH-DP-RT-075/2024 Página 5 de 5
Repuesto Grifolds Bomba Vacío		

4. ESTRUCTURA DE LA OFERTA

-La oferta económica deberá ser en pesos, con la descripción y detalles de todos los puntos que se solicitan en el presente requerimiento técnico.

Debe incluir Flete



Universidad Nacional de Córdoba
2025

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número: IF-2025-00325887-UNC-DIP#LH

CORDOBA, CORDOBA
Miércoles 7 de Mayo de 2025

Referencia: EX-2025-00325081- -UNC-ME#LH

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

Digitally signed by GDE UNC
DN: cn=GDE UNC, c=AR, o=Universidad Nacional de Cordoba, ou=Prosecretaria de Informatica,
serialNumber=CUIT 30546670623
Date: 2025.05.07 11:59:33 -03'00'

Rodrigo Andres GONZALEZ
Ingeniero
Dirección de Ingeniería de Planta Laboratorio de Hemoderivados
Universidad Nacional de Córdoba

Digitally signed by GDE UNC
DN: cn=GDE UNC, c=AR, o=Universidad
Nacional de Cordoba, ou=Prosecretaria de
Informatica, serialNumber=CUIT 30546670623
Date: 2025.05.07 11:59:40 -03'00'